





Distance varie entre 20/80mm

Aucune précision (± 1 mm valable car il va y avoir une pièce anatomique entre les 4 cylindres, un échantillon sur lequel les 2 cylindres vont « tirer » à avec des écartement différent)

Parallélisme entre les 2 surfaces planes

Vis de pression en appui sur la plateforme pour brider le déplacement transversal